



检 验 报 告

报告编号: W(X) - 0998 - 2012

委 托 方 3M 中国有限公司

样品名称 3M 4565 防护服

型 号 连身式

检验类别 注册检验 ()

注册补充检验 () _____

其他检验 (√) 委托检验



注 意 事 项

- 一、报告无检测机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 二、报告未经检测机构书面批准不得复制。
- 三、复制报告未重新加盖检测机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改无效。
- 六、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出，逾期不予受理。
- 七、报告仅对来样负责。

地 址：北京北三环中路 2 号

电 话：010-62354086 转 601、602

传 真：010-62025329

邮政编码：100120

国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: W(X)-0998-2012

共 3 页: 第 1 页

样品名称	3M 4565 防护服		样品编号	/
	送样 (√)	抽样 ()		
商 标	3M		型号规格	型号: 连身式 规格: XL
委托方	3M 中国有限公司		检验类别	委托检验
委托方地址	上海市田林路 222 号		产品编号 / 批号	657335
生产单位	3M 中国有限公司		抽样单编号	/
受检单位	3M 中国有限公司		生产日期	/
抽样单位	/		样品数量	6 件
抽样地点	/		抽样基数	/
抽样日期	/		检验地点	本检验中心实验室
收样日期	2012 年 05 月 23 日		检验日期	2012-05-23~2012-08-02
检验项目	外观; 结构; 抗渗水性; 过滤效率等			
检验依据	GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》			
检验结论	所检项目符合 GB 19082-2009 国家标准要求。 (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期 2012 年 08 月 19 日			
备 注	1) 报告中的“—”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。			

批准: 胡广夏

审核: 孙 峰

检验: 刘思敏 支丹

职务: 副经理

国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

检 验 报 告 照 片 页

报告编号: W(X)-0998-2012

共 3 页; 第 3 页

照片和说明



4565 XL

XL 456000030

Lot No 657335

12/2014

ROW

样品描述

/

型号规格或其它说明

/